

Presvac

## Baño para Descongelacion rapida de plasma y/o eritrocitos

El descongelador y calentador de sangre PLASMA SOFT permite el descongelamiento de plasma en forma controlada y segura y el calentamiento de hemoderivados para llevarlos a temperatura de transfusión.

*PLASMA SOFT model defroster of plasma allows the defrosting process in controlatod and secure way and warm the red cells to the temperature required.*

### PLASMA SOFT



PLASMA SOFT

Un software especialmente diseñado combinado con un sistema de transferencia de calor hacia la unidad, permite el descongelamiento y calentamiento individual de cada unidad brindando seguridad y control en el proceso.

*The special software designed jointly with revolutionary heat transfer system from unit, permit individual defroting procees and warming of each unit giving completely security and control of procees of defrosting.*

Gabinete estanco construido en acero inoxidable.  
*Watertight cabinet made in stainless steel.*

Sistema de autodiagnóstico y del estado del equipo.  
*Self-diagnostics System and status of equipment.*

Programacion individual de cada unidad a descongelar y/o calentar.  
*Individual Programming of each unit to be defrosted and warm.*

Pantalla LCD alfanuméricos.  
*LCD screen alphanumerics characters.*

Teclado soft touch.  
*Soft touch key pad.*

Alarmas luminosas y audibles.  
*Light and audivable alarms.*

Software en Español, Inglés y Portugués.  
*Software available in Spanish, English or portuguese..*



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

El software del equipo permite la programación individual del tiempo de descongelamiento y/o calentamiento de cada unidad. Con alarmas individuales de finalización del ciclo.

*The software developed permit individual programming of defrosting and warming time of each unit to be defrosted with individual alarms of end cycle of defrosting.*



[1] 2 3 4  
5 6 7 8

Alarma de finalización de cada unidad.

*Alarm of end of cycle of defrosting for each unit.*

BOLSA Min:Seg  
2 '12': 10

Programación Individual del tiempo de cada unidad.

*Individual programming of defrosting time of unit to be defrosted.*

[1] 2 3 4  
5 6 7 8

Creación de cada programa con de proceso.

*Set up each program with name, time, speed settled.*

1 [2] 3 4  
5 6 7 8

Indicación constante del estado de cada unidad

*Constant and continuous indicating of status for each unit.*

SET. TEMPERATURA  
' 37.0 °C '

Indicación de la temperatura del liquido

*Liquid medium temperature indicating (centigrades degrees).*